



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

19.08.2024 № 208-18/223

На № _____ от _____

Г

Г

Уважаемый Александр Викторович!

ФГБУ «ВНИИМС» провело расчет температурных коэффициентов к измеренному объему газа по предоставленным Вами данным. Результаты расчетов коэффициентов на первое полугодие 2025 года к показаниям счетчиков газа без температурной компенсации, установленных вне помещения, представлены ниже:

Год	Месяц	Значения коэффициентов
2025	1	1,11
2025	2	1,09
2025	3	1,07
2025	4	1,03
2025	5	1,03
2025	6	1,00

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, при расчетах за газ следует использовать коэффициенты, утвержденные Росстандартом.

Заместитель директора
по управлению
качеством

А.А. Сатановский

А.И. Вересков
(495) 430-41-53